

**SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
TRUNG TÂM Y TẾ**

Số 6.81 TM-TTYT
V/v Mời chào báo giá

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lạc Thủy, ngày 03 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Trung tâm Y tế khu vực Lạc Thủy kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm Cung cấp thiết bị y tế năm 2025 theo yêu cầu dưới đây, vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Trung tâm Y tế khu vực Lạc Thủy theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp thiết bị y tế năm 2025
2. Phạm vi cung cấp: *Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm.*
3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 30 ngày
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
5. Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế khu vực Lạc Thủy.
6. Hiệu lực của bảng chào giá: Tối thiểu 30 ngày.
7. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phí khác (nếu có).
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: 10 ngày kể từ ngày ký và đăng tải thư mời báo giá.
(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).
9. Quy định về tiếp nhận hồ sơ chào giá:
 - Mẫu báo giá: *Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm.*
 - Gửi báo giá qua mail: (nếu có)
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Trung tâm Y tế khu vực Lạc Thủy – Khu 3 – xã Lạc Thủy – tỉnh Phú Thọ.
 - Thông tin liên hệ của người tiếp nhận báo giá:
+ Đinh Thị Hải Yến - SĐT: 0973841346
10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu gồm các tài liệu sau:

- Bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu của người có thẩm quyền).

- 01 bản photo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác có ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu.

- Tài liệu kỹ thuật hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (BC);
- Các khoa, phòng Trung tâm;
- Phòng KHNV (đăng tải website TT);
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Đang

PHỤ LỤC SỐ 01: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo thư mời Số 687/TM-TTYT, ngày 03 tháng 10 năm 2025 của Trung tâm Y tế khu vực Lạc Thủy)

STT	Tên hàng hóa	Đặc tính thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến sử dụng
1	Máy xoa bóp đầu bô	Điện áp: 220V – 240V Tần số: 50/60Hz Công suất tiêu thụ: 35W Trọng lượng: 2,6 kg Độ rung: - Mức mạnh: 2920 – 3500 rpm - Mức nhẹ: 1480 – 1750 rpm Kích thước: 32 x 22 x 12cm	Chiếc	03
2	Máy nghe tim thai	Kích thước: 320 x 260 x 80mm Trọng lượng: ~3,0kg Màn hình: LCD 8’’ có thể gập 60° FHR: 120-160BPM, báo động tim thai khi bất thường Ghi lại chuyển động thai nhi (FMOV) Thời gian giám sát liên tục 24h Đầu dò: sử dụng 9 tinh thể và chùm tia rộng Ngôn ngữ: tiếng Anh Có thể theo dõi thai đôi Tích hợp máy in nhiệt	Chiếc	01
3	Bàn đỡ đẻ	Vật liệu: Inox Kích thước: 1900x700x800mm Góc điều chỉnh lưng: 0° đến +60° Phân đoạn bàn: gồm 3 phần dễ tháo lắp Đệm mặt bàn: Đệm dày ~ 50 mm (5 cm), không thấm nước, bề mặt căng phẳng Phụ kiện: Có gác chân, tay vịn, bọc lên xuống, khay dưới mặt bàn phía chân để đựng dung dịch; khay phải dập liền, không rò rỉ, có quai xách	Cái	01

4	Cân đồng hồ người lớn	Loại cân: Cân đồng hồ lò xo cơ khí Nước sx: Việt Nam Phạm vi đo: 2-120kg Trọng lượng: 2,4kg Kích thước: 304x278x70mm Chất liệu: Mặt kính nhựa, Vỏ hộp được sơn tĩnh điện, mặt số bằng nhôm, đường kính mặt số Ø170mm	Cái	01
5	Bàn đón bé phòng đẻ	Vật liệu: Inox Kích thước: 600x800x800mm	Cái	01
6	Máy điện tim	Tín hiệu điện tim đầu vào: Điện trở vào $\geq 50 \text{ M}\Omega$ (tại 0,67 Hz) Điện cực offset $\pm 550 \text{ mV}$ Tỷ số triệt nhiễu đồng pha (CMRR) $> 105 \text{ dB}$ (ở 10 V) Dòng mạch vào $< 0,05 \text{ }\mu\text{A}$ (microampere) Chuẩn độ điện thế 10 mm/mV ($\pm 2 \%$) Nhiễu nội (noise) $\leq 20 \text{ }\mu\text{Vpp}$ Kênh tham chiếu $\leq -40 \text{ dB}$ Đáp ứng tần số (frequency response) 0,05 đến 150 Hz ($\pm 0,4 \text{ dB}$ / $-3,0 \text{ dB}$) Tần số mẫu (input sampling) 8000 mẫu/giây Tỷ lệ lấy mẫu cho xử lý tín hiệu 500 mẫu/giây Bộ lọc nhiễu cơ (EMG) 25 / 35 Hz Bộ lọc cao (high cut) 75, 100, 150 Hz (-3 dB) Lọc nhiễu điện lưới 50 / 60 Hz Lọc trôi đường nền (baseline wander) Yếu: -20 dB (0,1 Hz), mạnh: -34 dB (0,1 Hz) Hằng số thời gian (time constant) $\geq 3,2$ giây Độ nhạy 5, 10, 20 mm/mV Nhận biết tạo nhịp tim (pacemaker detection) Có sẵn	Chiếc	01

		Loại máy ghi / in Máy in nhiệt Mật độ in 200 dpi Tốc độ giấy 25 mm/s, 50 mm/s Giấy ghi Cuộn giấy dài 30 m, khổ 63 mm Công suất ≈ 45 VA Pin / thời gian hoạt động Pin NiMH, thời gian đo & ghi ≥ 180 phút (khi đầy) Trọng lượng: ~1,1 kg		
7	Labo rửa dụng cụ phòng mổ	Vật liệu: đá nhân tạo trắng 2 hồ Kích thước: 85x50x23cm	Cái	01
8	Bàn ngâm dung dịch khử khuẩn Cidex	Vật liệu: đá nhân tạo trắng Kích thước: 120x80x80cm	Cái	01
9	Hộp hấp dụng cụ bông gạc y tế	Vật liệu: Inox Hình dáng: Hình tròn Kích thước: Ø300x200mm	Cái	01
10	Khay men chữ nhật	Vật liệu: Inox Kích thước: 22x32x2cm	Cái	01
	Tổng cộng: 10 khoản			

PHỤ LỤC SỐ 02: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo thư mời số/TM-TTYT, ngày tháng năm 2025 của Trung tâm Y tế khu vực Lạc Thủy)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Lạc Thủy

Trên cơ sở thư mời chào giá số/TM-TTYT ngày tháng năm 2025 của Trung tâm Y tế khu vực Lạc Thủy. Chúng tôi(Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp, trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cho gói thầu Cung cấp như sau:

1. Báo giá cho gói thầu Cung cấp

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Thông số kỹ thuật	Nước sản xuất	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
	Tổng cộng: ... khoản						

(Đơn giá trên đã bao gồm thuế, phí vận chuyển, và các chi phí khác (nếu có))

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòngngày, kể từ ngày tháng năm... [Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 60 ngày], [ghi ngày.... tháng.... năm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 8 của thư mời báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị gói thầu cung cấp nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng..... năm.....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)